

Implantater i galdegange

- [Galdegangsclips af ukendt fabrikat](#)

Galdegangsclips af ukendt fabrikat



Fabrikat/model:	Galdegangsclips
Statisk feltstyrke:	1,5 Tesla / 3 Tesla
Scannerarkitektur:	Ingen restriktioner
Spatial gradient:	650 Gauss/cm
Slew rate (Gr):	Ingen restriktioner
SAR:	Body: 1 W/kg pr. 20 min Normal Operation Mode (Level 0) kan ikke anvendes ukritisk
B1+rms:	Ikke oplyst
Coil type:	Ingen restriktioner
Artefakter:	Artefakter i området omkring implantatet må forventes
Temperaturstigning:	Må kunne forventes
Kilde (se evt. pdf):	mrscanning.com

Kommentarer til implantat