

Kyleena spiral



Fabrikat/model:	Kyleena
Statisk feltstyrke:	Maksimalt 3,0 Tesla
Scannerarkitektur:	Ingen restriktioner
Spatial gradient:	Maksimalt 36.000 Gauss/cm (360T/m)
Slew rate (Gr):	Ingen restriktioner
SAR:	Maksimal WB SAR: 4,0 W/kg First Level Operating Mode
B1+rms:	Ingen restriktioner
Coil type:	Ingen restrektioner
Artefakter:	Maksimalt 5 mm fra implantatet
Temperaturstigning:	Maksimalt 2,0 grader ved scanning i 15 min ved ovenstående WB-SAR-niveau
Kilde (se evt. pdf):	

Kommentarer til implantat