

Sugita Elgiloy og Titanium



Fabrikat/model:	Aneurisme Clips Mizuho Medical Innovation Mizuho Iwakogyo Denne sikkerhedsvejledning er gældende for følgende modeller... • Sugita Elgiloy Clip • Sugita Titanium Clip • Sugita Titanium 2 Clip (T2)
Statisk feltstyrke:	1,5 Tesla / 3 Tesla
Scannerarkitektur:	Ingen restriktioner
Spatial gradient:	Elgiloy: 1.000 G/cm alt. 10,0 T/m Titanium: 4.000 G/cm alt. 40,0 T/m Titanium 2: 4.000 G/cm alt. 40,0 T/m
Slew rate (Gr):	Ingen restriktioner
SAR:	Normal Operation Mode Maksimal WB-SAR: 2,0 W/kg pr.15 min
B1+rms:	Ingen restriktioner
Coil type:	Ingen restriktioner
Artefakter:	Maksimal udbredelse af susceptibilitetsartefakt... Elgiloy: 25 mm fra implantatet Titanium: 50 mm fra implantatet Titanium 2: 50 mm fra implantatet
Temperaturstigning:	Maksimal temperaturstigning ved 2,0 W/kg efter 15 minutters scanning... Elgiloy: 2,4 grader Titanium: 2,2 grader Titanium 2: 2,2 grader

Kilde (se evt. pdf):	Mizuho Cooperation
----------------------	--------------------

Kommentarer til implantat

Revision #1
Created 2026-04-23 09:36:56 UTC by Claus
Updated 2026-04-23 09:52:32 UTC by Claus