

DePuy Synthes Trauma External Fixation System (Small, Medium, Large, DO Ring)



Fabrikat/model:	DePuy Synthes Trauma External Fixation System (Small, Medium, Large, DO Ring)
Statisk feltstyrke:	1,5 Tesla / 3 Tesla
Scannerarkitektur:	Ingen restriktioner
Spatial gradient:	Ingen restriktioner
Slew rate (Gr):	Ingen restriktioner
SAR:	Body: 2 w/kg
B1+rms:	Ikke oplyst
Coil type:	Ingen restriktioner
Artefakter:	Ikke oplyst
Temperaturstigning:	>6°C ved forkert positionering
Kilde (se evt. pdf):	FSN20131470, DePuy Synthes, april 2014 — mærkningskorrektur, ikke fuld IFU

Kommentarer til implantat

Positionering Normal Mode: Small & Large: helt udenfor bore · Medium & DO Ring: maks. 7 cm inden for yderkanten af bore

Positionering First Level Mode: Alle typer: helt udenfor bore

Revision #1

Created 2026-05-06 09:14:29 UTC by Claus

Updated 2026-05-06 11:17:01 UTC by Claus