

Miethke GAV 2.0



Fabrikat/model	Miethke GAV 2.0 (gravitationsventil, MIETHKE shuntsystem)
Statisk feltstyrke	≤ 3 Tesla
Scannerarkitektur	Ikke oplyst
Spatial gradient	≤ 1.400 Gauss/cm (14,0 T/m)
Slew rate (Gr)	Ikke oplyst
SAR Body	≤ 4 W/kg helkropsgennemsnit (First Level Controlled Operating Mode)
SAR Head	Ikke oplyst
B1+rms	Ikke oplyst
Coil type	Ikke oplyst
Artefakter	Må kunne forventes
Temperaturstigning	Ikke oplyst
Kilde (se evt. pdf)	Christoph Miethke GmbH & Co. KG, CMKG-MRISafetyInfo_DE_EN_V23 (2024-09-10)

Kommentarer til implantat
GAV 2.0 er en fast/forudindstillet gravitationsventil (ikke justerbar som proGAV). Producenten angiver ikke krav om kontrol af ventilindstilling efter MR for de justerbare varianter — for GAV 2.0 er dette ikke relevant, da ventilen ikke kan omprogrammeres.

Revision #3
Created 2026-07-02 12:35:31 UTC by Claus
Updated 2026-07-02 12:39:36 UTC by Claus